

附件 4

召回计划实施情况报告表

产品名称	同型半胱氨酸检测试剂盒 (循环酶法)	注册证或备案 凭证编码	滇械注准 20162400028
生产企业/ 代理人名称	云南昊戎生物科技有限公司	召回级别	三级
单位负责人 和联系方式	负责人：王建焕，13336620222		
召回工作经办人 和联系方式	经办人：王施锋，13750923523		
通知 情况	应通知经销商/使用单 位/使用者情况	上海双晋贸易商行	
	已通知到经销商/使用单 位/使用者情况	上海双晋贸易商行	
完 成 情 况	应当召回数量	31 盒	
	已完成数量	29 盒	
	召回确认方式	退回公司	
召回产品的处理措施		封存	
完成召回需要时间估计		已完成产品召回	
其他 情况	<p>本批次一共生产 36 盒，其中 1 盒成品检测，1 盒留样，3 盒云南省药品监督管理局抽检。</p> <p>应当进行召回的产品 31 盒，其中有 29 盒召回，2 盒产品已销售使用。</p>		

报告单位：(盖章)

报告人：(签字)

负责人：(签字) 王施锋

报告日期：2023年07月14日